

Votre numéro de commande :

Devis signé - D2607447

Devis associé(s) :

D2607447

A l'attention de

HEPHAITOS

152 AV DU GÉNÉRAL PATTON

49000 ANGERS

Un échantillon a été réceptionné

Saint-Apollinaire, le 05/08/2026

Echantillon n° : 2607-E0288325

Echantillon reçu le 06/07/2026

Données du client :

- Nature : Massif
- Nuance : Titane

Paramètre	Technique / Méthode	Date de début	Résultat	Unité
Al	ICP-AES / FIL-DJJ-MOP-META-00016*	28/07/2026	5.70	%
Analyse réalisée selon la norme ASTM E2371				
V	ICP-AES / FIL-DJJ-MOP-META-00016*	28/07/2026	3.91	%
Analyse réalisée selon la norme ASTM E2371				
Fe	ICP-AES / FIL-DJJ-MOP-META-00016*	28/07/2026	0.039	%
Analyse réalisée selon la norme ASTM E2371				
Ti	Différence / Méthode Interne	28/07/2026	90.2	%
C	Analyseur Élémentaire / FIL-DJJ-MOP-META-00014	28/07/2026	0.012***	%
Inspiré de la norme ASTM E1941				
***Résultats hétérogènes : E1 = 0.012 % ; E2 = 0.014 % ; E3 = 0.009 % ; E4 = 0.012 %				
N	Analyseur Élémentaire / FIL-DJJ-MOP-META-01001*	28/07/2026	0.006	%
				ASTM E1409
O	Analyseur Élémentaire / FIL-DJJ-MOP-META-01001*	28/07/2026	0.063	%
				ASTM E1409
H	Analyseur Élémentaire / FIL-DJJ-MOP-META-09002*	28/07/2026	59	ppm
				ASTM E1447